ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Daudzfunkciju mērītājs TESTO 435-4

Īsa instrukcija daudzfunkciju mērītājam: zondu pievienošana, mērīšana un rezultātu saglabāšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet 3 AA bateriju uzlādes līmeni.
- Izvēlieties vajadzīgo zondi (gaisa ātrums, mitrums, CO_2 u. c.) un pievienojiet to ierīces ligzdai, kamēr ierīce ir izslēgta.

2. Mērīšana

- Ieslēdziet ierīci — tā atpazīst pievienoto zondi un parāda tās mērījumus.
- Turiet zondi mērpunktā, līdz rādījums nostabilizējas; gaisa ātruma zondēm ievērojiet plūsmas virziena atzīmi.
- Diferenciālo spiedienu mēra ar iebūvēto sensoru — pievienojiet šļūtenītes pie “+” un “–” ieejām; pirms mērījuma nonullējiet sensoru.

3. Saglabāšana

- Saglabājiet mērījumus atmiņā — tos var sagrupēt pa vietām.
- Datus pārnesiet uz datoru ar testo programmatūru un USB kabeli.

4. Padomi

- Gaisa plūsmas aprēķinam ievadiet kanāla izmērus vai laukumu.
- Mitruma un CO_2 zondēm ļaujiet pielāgoties telpas temperatūrai dažas minūtes.

5. Drošība un kopšana

- Nepieskarieties karstās stieples sensoriem un neiegremdējiet zondes ūdenī.
- Zondes pievienojiet un atvienojiet, kad ierīce ir izslēgta.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.