ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Многофункциональный прибор TESTO 435-4

Краткая инструкция к многофункциональному прибору: подключение зондов, измерение и сохранение результатов.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд 3 батареек AA.
- Выберите нужный зонд (скорость воздуха, влажность, CO_2 и др.) и подключите его к разъёму при выключенном приборе.

2. Измерение

- Включите прибор — он распознаёт зонд и показывает его значения.
- Держите зонд в точке измерения до стабильного показания; у зондов скорости воздуха соблюдайте метку направления потока.
- Дифференциальное давление измеряется встроенным датчиком — подключите трубки к входам «+» и «–»; перед измерением обнулите датчик.

3. Сохранение

- Сохраняйте измерения в памяти — их можно группировать по местам.
- Переносите данные на компьютер программой testo по USB-кабелю.

4. Советы

- Для расчёта расхода воздуха введите размеры или площадь воздуховода.
- Дайте зондам влажности и CO_2 несколько минут адаптироваться к температуре помещения.

5. Безопасность и уход

- Не касайтесь датчиков горячей нити и не погружайте зонды в воду.
- Подключайте и отключайте зонды при выключенном приборе.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.