ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gaisa kvalitātes mērītājs TESTO 440 dP ar CO_2 zondi (Bluetooth)

Īsa instrukcija testo 440 dP komplektam ar CO_2 zondi (Bluetooth): sagatavošana, telpas gaisa kvalitātes mērīšana un protokoli.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni ierīcē (3 × AA) un zondē (4 × AA).
- Ieslēdziet zondi un ierīci — zonde savienojas ar ierīci pa Bluetooth (līdz 20 m).

2. Mērīšana telpā

- Ierīces izvēlnē izvēlieties CO_2 / gaisa kvalitātes mērījumu.
- Novietojiet zondi uz galda statīva telpas vidū, apmēram 1–1,5 m augstumā, tālāk no logiem, durvīm, ventilācijas restēm un cilvēku elpas.
- Pēc ieslēgšanas ļaujiet zondei dažas minūtes pielāgoties telpas temperatūrai, līdz rādījumi nostabilizējas.

3. Ilgāks mērījums un saglabāšana

- Lai redzētu, kā CO_2 līmenis mainās dienas laikā, ieslēdziet ilgstošo mērījumu ar vajadzīgo intervālu.
- Saglabājiet rezultātu kā protokolu ar telpas nosaukumu; protokolus pārnesiet uz datoru ar USB kabeli.
- Ar iebūvēto diferenciālā spiediena sensoru var izmērīt arī spiediena kritumu uz filtriem: pievienojiet šļūtenītes pie “+” un “–” un pirms mērījuma nonullējiet sensoru.

4. Padomi

- Svaigs āra gaiss satur apmēram 400–450 ppm CO_2; telpās ar labu ventilāciju līmenis parasti paliek zem 1000 ppm.
- Mēriet laikā, kad telpā ir cilvēki — tukšā telpā CO_2 līmenis būs zems.

5. Drošība un kopšana

- Nelietojiet zondi kondensējošā vidē un nepūtiet tieši uz sensoru.
- Sargājiet zondi no ūdens un triecieniem; zondi un ierīci transportējiet somā.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.