ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Materiālu mitruma mērītājs Testo 606-2

Īsa instrukcija materiālu mitruma mērītājam ar elektrodiem: materiāla izvēle, mērīšana un gaisa mitruma mērījums.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni.
- Noņemiet elektrodu aizsargvāciņu.

2. Materiāla mitrums

- Ieslēdziet ierīci un izvēlieties materiāla raksturlīkni (koksne vai būvmateriāls).
- Iespiediet abus elektrodus materiālā līdz galam; koksnē — šķērsām šķiedrām.
- Nolasiet rādījumu un mēriet vairākās vietās.

3. Gaisa mitrums un temperatūra

- Pārslēdziet ierīci uz gaisa mitruma un temperatūras mērījumu.
- Ļaujiet ierīcei dažas minūtes pielāgoties telpas temperatūrai.

4. Padomi

- Nemēriet pie virsmas, kas ir mitra no lietus vai kondensāta, — rezultāts būs pārāk augsts.
- Cietā materiālā (betons) elektrodus neiedziniet ar spēku — tie var nolūzt.

5. Drošība un kopšana

- Elektrodi ir asi — pēc darba uzlieciet aizsargvāciņu.
- Nemēriet elektroinstalācijas tuvumā.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.