ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Tvana gāzes (CO) mērītājs TESTO 440 dP ar CO zondi (Bluetooth)

Īsa instrukcija testo 440 dP komplektam ar CO zondi (Bluetooth): sagatavošana, tvana gāzes mērīšana telpās un protokoli.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni ierīcē (3 × AA) un zondē (4 × AA).
- Ieslēdziet zondi un ierīci svaigā gaisā (ārā vai vēdinātā telpā) — zonde savienojas ar ierīci pa Bluetooth (līdz 20 m).

2. Mērīšana

- Ierīces izvēlnē izvēlieties CO mērījumu un pagaidiet, līdz rādījums svaigā gaisā nostabilizējas tuvu 0 ppm.
- Ieejiet pārbaudāmajā telpā un turiet zondi elpošanas augstumā; pie apkures iekārtām mēriet arī to tuvumā un pie durvīm.
- Pagaidiet, līdz rādījums nostabilizējas; atsevišķu mērījumu var saglabāt ar pogu uz zondes roktura.

3. Saglabāšana

- Saglabājiet rezultātu kā protokolu ar telpas vai iekārtas nosaukumu.
- Protokolus pārnesiet uz datoru ar USB kabeli.
- Ar iebūvēto diferenciālā spiediena sensoru var izmērīt arī spiediena kritumu uz filtriem: pievienojiet šļūtenītes pie “+” un “–” un pirms mērījuma nonullējiet sensoru.

4. Padomi

- Paaugstināts CO līmenis telpā liecina par nepilnīgu sadegšanu vai sliktu dūmgāzu novadīšanu — iekārtu jāpārbauda speciālistam.
- Zondei nav vajadzīga dūmgāzu caurules atvere — tā mēra apkārtējā gaisa CO, nevis dūmgāzēs.

5. Drošība un kopšana

- Ja rādījums strauji pieaug, nekavējoties izejiet no telpas, izvēdiniet to un izsauciet speciālistu vai glābšanas dienestu (112).
- Zondi neievietojiet dūmgāzu plūsmā un sargājiet no ūdens un triecieniem; zondi un ierīci transportējiet somā.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.