ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Измеритель угарного газа (CO) TESTO 440 dP с зондом CO (Bluetooth)



Краткая инструкция к комплекту testo 440 dP с зондом CO (Bluetooth): подготовка, измерение угарного газа в помещении и протоколы.

1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте батарейки в приборе (3 × AA) и в зонде (4 × AA).
- Включите зонд и прибор на свежем воздухе (на улице или в проветренном помещении) — зонд подключается по Bluetooth (до 20 м).

2. Измерение

- В меню прибора выберите измерение CO и дождитесь, пока показание на свежем воздухе стабилизируется около 0 ppm.
- Зайдите в проверяемое помещение и держите зонд на высоте дыхания; у отопительного оборудования измеряйте также рядом с ним и у двери.
- Дождитесь стабильного показания; отдельное измерение можно сохранить кнопкой на рукоятке зонда.

3. Сохранение

- Сохраните результат как протокол с названием помещения или оборудования.
- Переносите протоколы на компьютер по USB-кабелю.
- Встроенным датчиком дифференциального давления можно измерить и перепад на фильтрах: подключите трубки к «+» и «–» и перед измерением обнулите датчик.

4. Советы

- Повышенный уровень CO в помещении говорит о неполном сгорании или плохом отводе дымовых газов — оборудование должен проверить специалист.
- Зонд измеряет CO в окружающем воздухе, а не в дымовых газах — отверстие в дымоходе не нужно.

5. Безопасность и уход

- Если показание быстро растёт, сразу выйдите из помещения, проветрите его и вызовите специалиста или экстренную службу (112).
- Не вводите зонд в поток дымовых газов и берегите его от воды и ударов; переносите зонд и прибор в кейсе.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.